

2017年重庆市第一次干化学

室间质评小结

2017年度共有28家实验室报名参加干化学室间质评活动，本次有28家参评实验室回报了结果。

1、此次室间质评血清铁及 α -羟丁酸脱氢酶参加实验室仅一家，未进行统计分析。

2、此次室间质评中部分单位使用常规化学仪器、方法检测，请上报室间质评计划时候明确所用检测方法。

3、各项目通过情况如下表所示：

干化学专业2017年第1次通过情况

项目名称	<80%实验室数	>=80%实验室数	实验室总数
钾		27	27
钠	2	25	27
氯	2	25	27
钙		27	27
磷		19	19
血糖		28	28
尿素	1	27	28
尿酸		28	28
肌酐	1	27	28
总蛋白	1	19	20
白蛋白	1	18	19
胆固醇		10	10
甘油三酯		10	10
高密度脂蛋白胆固醇		8	8
总胆红素		17	17
丙氨酸氨基转移酶	1	18	19
天门冬氨酸氨基转移酶	2	20	22
碱性磷酸酶	2	16	18
淀粉酶		25	25
肌酸激酶		22	22
乳酸脱氢酶	1	22	23
r-谷氨酰基转移酶		18	18
镁		12	12
结合胆红素	1	13	14

重庆市临床检验中心

2017年5月