

2017年重庆市第一次血气与酸碱分析 室间质评小结

2017年度共有75家实验室报名参加血气与酸碱分析室间质评活动，本次有72家参评实验室回报了结果。

1、各个单位在检测标本时，务必认真阅读仪器说明书，以确认是按照**质控模式还是样本模式检测**。已发现有品牌血气分析仪质控模式与样本模式检测结果差异较大，将对实验室成绩造成较大影响，如**西门子 Rapidpoint 系列**。

2、质控品瓶打开后务必尽快检测，降低空气中的氧气和二氧化碳对结果的影响。

3、注意检测时环境温度的影响。

4、各分组靶值及各项目通过情况请登陆我中心网站下载查看。

重庆市临床检验中心
2017年5月