

重庆市床旁血糖检测

2017 年第一次室间质评小结

2017 年度共有 217 家实验室报名参加床旁血糖检测室间质评活动,本次有 205 家实验室均回报了结果。

1、各单位在检测标本时,务必认真阅读仪器说明书,以确认是按照质控模式还是样本模式检测;

2、由于环境温度对 POCT 血糖检测影响较大,按照室间质评指导书从低温度环境拿出后,放置于室温,保证反应时候体系温度。

3、本次质评按仪器进行分组,其中罗氏、达乐、瑞特、艾科仪器组参加实验室数大于 18 家,采用稳健统计均值作为靶值,其余分组采用的是本组剔除离群值后的数据的均值作为靶值,其他分组采用总体稳健均值作为靶值。各分组靶值有一定差异,请各单位上报数据是注意填报检测仪器。

4、本次质评成绩其他仪器分组不合格率较高。

5、各分组靶值请登陆我中心网站下载查看。

重庆市临床检验中心

2017 年 5 月