

## 2017 年重庆市第一次粪便隐血室间质量评价活动小结

1.本次室间质评参加单位 85 家，回报数据单位数量 85 家。

标本号 项目	201711	201712	201713
粪便隐血	85	85	85

2.本次室间质评分组情况

项目	分组方式	组数	具体分组
粪便隐血	方法学	3	免疫胶体金法、匹拉米洞法、其他

3.本次室间质评靶值

本次室间质评统计使用的是众数统计，具体靶值如下。

靶值 (mm/h) 分组	201711	201712	201713
免疫胶体金法	-	+	+
匹拉米洞法	-	+	+
其他	-	+	+

4.本次室间质评评价标准

阴性不为阳性、阳性不为阴性。

5.本次室间质评各标本合格率

标本及格率% 分组	201711	201712	201713
免疫胶体金法	93	98	90
匹拉米洞法	100	100	100
其他	100	100	100

6.发现的问题

6.1 本次室间质评结果中发现免疫胶体金法的合格率较低，特别是设计为 HOOK 效应的 201713 号标本，部分实验室出现了漏检的情况。

重庆市临床检验中心

2017 年 6 月