

# 2017年重庆市第一次感染性疾病血清学标志物

## 系列 C 室间质评活动小结

2017年重庆市第一次感染性疾病血清学标志物系列 C 室间质评活动共有 71 家实验室参加，本次有 70 家参评实验室按时回报了结果。

表 1. 样本的预期结果

项目编号	201711	201712	201713	201714	201715
抗 HAV-IgM	R (4 U/ml)	N	N	R(1 U/ml)	N
抗 HEV-IgM	R (2 U/ml)	N	R (4 U/ml)	N	R (2 U/ml)

表 2. 各项目的检测情况

项目	样本编号	总实验室数	正确实验室数	错误实验室数	正确率%	错误率%
抗 HAV-IgM	201711	70	69	1	98.6	1.4
	201712	70	69	1	98.6	1.4
	201713	70	70	0	100	0
	201714	70	63	7	90	10
	201715	70	67	3	95.7	4.3
抗 HEV-IgM	201711	57	57	0	100	0
	201712	57	57	0	100	0
	201713	57	57	0	100	0
	201714	57	57	0	100	0
	201715	57	56	1	98.2	1.8

### 存在问题:

- 1、本次结果较好，预期结果的符合率除抗 HAV-IgM201714 为 90%外，其它均大于 95%。
- 2、仍有部分实验室检测结果填报时未按规定填写“R（有反应性）”和“N（阴性）”。

### 建议和措施:

在日常工作中应特别注意以下几点:

- (1) 加强工作人员岗位技能的培训和提高;
- (2) 加强试剂的质检及试剂批号更换时的比对。
- (3) 严格按照 SOP 文件进行操作，注意操作过程中的每一个环节。

重庆市临床检验中心

2017年5月