

重庆市卫生和计划生育委员会办公室

重庆市卫生和计划生育委员会办公室 关于临床检验专业医疗质量指标 室间质量评价活动情况的通报

各区县（自治县）卫生计生委、两江新区社发局、万盛经开区卫生计生局，各委属医疗机构，第三军医大学各附属医院、解放军324医院、武警重庆市总队医院，大型企事业单位职工医院：

根据《医疗质量管理办法》（〔2016〕第10号令）要求，医疗机构应当加强医技科室的质量管理，建立覆盖检验全过程的质量管理制度，加强室内质量控制，配合做好室间质量评价工作。为进一步加强我市临床实验室检验全过程的质量管理，推进分级诊疗工作，重庆市临床检验中心组织开展了临床检验专业医疗质量指标室间质量评价活动。

本活动通过网络报表的方式采集实验室质量指标数据，与全国各临床检验中心数据汇总进行大数据分析，以客观数据反映我市临床实验室质量管理的现状。现将有关情况通报如下：

一、总体情况

（一）在重庆市卫生计生委的指导下，从2015年6月至2017年5月，重庆市临床检验中心与国家卫生计生委临床检验中心共

同组织了4次临床检验专业医疗质量指标室间质评活动，参与单位覆盖了我市各级医疗机构，其中二级及以上医疗机构临床实验室124家，参与率为91.8%。

（二）我市二级及以上医疗机构临床实验室基本能通过信息系统（LIS系统）统计部分质量指标数据，保证数据的客观准确性。

（三）数据分析显示，我市部分质量指标中位数优于全国水平，说明我市对临床实验室的全过程监督已见成效。如分析前质量指标标本采集量错误率（0.03%）较全国水平（0.04%）低，分析中质量指标实验室间比对率（3.45%）显著高于全国水平（2.84%）。

二、存在的主要问题

（一）室间质量评价数据上报不完整。我市二级以上医疗机构中有10家单位未上报数据，大部分单位未完成4次数据上报，数据完整率仅23.7%（已完整上报及未上报单位见附件）。

（二）分析中和分析后仍有部分质量指标中位数较全国水平差距较大，如室内质控变异系数不合格率中位数为9.23%远高于全国水平（3.80%）、室间质评不合格率中位数为2.88%高于全国水平（1.92%）、检验报告不正确率中位数（0.1%）明显高于全国水平（0）。各实验室应继续加强实验室内部质量控制、提升检测能力、提高检验报告质量。

三、下一步工作要求

(一) 各级各类医疗机构要高度重视临床实验室质量指标室间质评工作，保证临床实验质量和安全。实验室应按时参加重庆市临床实验室质量指标室间质量评价活动，及时分析总结室间质评结果，采取纠正或预防措施。

(二) 实验室应加强室内质控活动的管理，参与重庆市临床检验中心组织的室内质控数据室间质量评价计划，以保证患者检验结果的准确性。

(三) 重庆市临床检验中心应每年按要求组织临床检验专业医疗质量指标室间质量评价活动，其各分中心和专科管理委员会应协助市临检中心加强室间质量评价活动等现场督导工作。

(四) 重庆市临床检验中心应每年按时将临床检验专业医疗质量指标室间质量评价情况上报我委，我委将定期进行通报。

- 附件：1. 临床实验室质量指标室间质量评价活动已完整上报单位名单
2. 临床实验室质量指标室间质量评价活动及未上报单位名单

重庆市卫生和计划生育委员会办公室
2017年6月12日

附件 1

临床实验室质量指标室间质量评价活动 已完整上报单位名单

第三军医大学附属第三医院（大坪医院）	重庆市中医院
重庆医科大学附属永川医院	渝北区中医院
重庆医科大学附属口腔医院	酉阳县中医院
重庆医科大学附属儿童医院	铜梁区中医院
重庆市人民医院	黔江区中医院
重庆市第四人民医院（重庆市急救医疗中心）	开州区中医院
重庆市肿瘤医院	九龙坡区中医院
重庆市第九人民医院	合川区中医院
重庆三峡中心医院	丰都县中医院
重庆市红十字会医院（江北区人民医院）	垫江县中医院
南川区人民医院	北碚区中医院
重庆市涪陵中心医院	重庆市妇幼保健院
永川区人民医院	重庆市巴南区妇幼保健院
万盛经开区人民医院	重庆市南岸区妇幼保健院
开州区人民医院	重庆市江津区妇幼保健院
丰都县人民医院	重庆市渝北区妇幼保健院
璧山区人民医院	

附件 2

临床实验室质量指标室间质量评价活动 未上报单位名单

重庆市第十三人民医院	忠县人民医院
长寿化工园区医院	重庆建峰医院
长寿区人民医院	重庆建设医院
重庆市璧山区妇幼保健院	重庆市黔江区妇幼保健院
重庆市彭水县妇幼保健院	重庆市巫山县妇幼保健院