

重庆市临床检验中心文件

渝检中[2017] 6号

重庆市临床检验中心关于转发国家卫计委临床检验中心 《2017年全国临床检验质量指标初步质量规范》的通知

重庆市各医疗机构临床实验室：

为进一步落实《医疗机构临床实验室管理办法》(卫医发(2006)73号)和《医疗质量管理办法》(中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第10号)文件精神，加强临床实验室检验全过程的质量管理和临床检验质量指标的应用，我中心已将临床检验质量指标纳入室间质量评价范畴。2017年7月国家卫计委临床检验中心发布了《2017年全国临床检验质量指标初步质量规范》。根据《重庆市卫生和计划生育委员会办公室关于临床检验专业医疗质量指标室间质量评价活动情况的通知》的要求，为加强我市临床检验质量指标的应用，保证临床检验质量水平，现将《2017年全国临床检验质量指标初步质量规范》转发给各医疗机构临床实验室，请组织学习。

附件：2017年全国临床检验质量指标初步质量规范



抄送：重庆市卫生和计划生育委员会医政医管处
国家卫生和计划生育委员会临床检验中心

重庆市临床检验中心

2017年7月12日印发

2017年全国临床检验质量指标初步质量规范

备注：2017年全国临床检验质量指标初步质量规范的建立是基于2016年全国多省临床检验中心同步开展临床检验质量指标室内质评结果，其中最低质量规范基于第25百分位数（或第75百分位数），适当质量规范基于第50百分位数，最佳质量规范基于第75百分位数（或第25百分位数）

质量指标	初步质量规范											
	三级医院						二级医院					
	最低		适当		最佳		最低		适当		最佳	
	率(%)	σ	率(%)	σ	率(%)	σ	率(%)	σ	率(%)	σ	率(%)	σ
标本类型错误率	0.0657	4.7	0.0209	5.0	0.0036	5.5	0.1196	4.5	0.0252	5.0	0	6.0
标本容器错误率	0.0400	4.9	0.0151	5.1	0.0032	5.5	0.0749	4.7	0.0171	5.1	0	6.0
标本采集量错误率	0.0896	4.6	0.0334	4.9	0.0117	5.2	0.1703	4.4	0.0518	4.8	0	6.0
抗凝标本凝集率	0.2326	4.3	0.1004	4.6	0.0360	4.9	0.3081	4.2	0.1033	4.6	0.0163	5.1
检验报告不正确率	0.0244	5.0	0	6.0	0	6.0	0.0857	4.6	0.0046	5.4	0	6.0
危急值通报率	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0
危急值通报及时率	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0
血培养污染率	2.3041	3.5	0.9091	3.9	0	6.0	2.7778	3.4	0	6.0	0	6.0
室内质控项目开展率	37.6190	1.2	59.0164	1.7	83.3333	2.5	31.5436	1.0	49.8413	1.5	72.5000	2.1
室内质控项目CV不合格率	8.3333	2.9	2.4390	3.5	0	6.0	13.3333	2.6	5.0000	3.1	0	6.0
室内质评项目参加率	83.0303	2.5	100	6.0	100	6.0	82.2504	2.4	100	6.0	100	6.0
室内质评项目不合格率	4.5455	3.2	1.5385	3.7	0	6.0	7.6923	2.9	2.6316	3.4	0	6.0
实验室间对比率	0	0	4.7809	0	20.0000	0.7	0	0	2.5000	0	14.7826	0.5

质量指标	初步质量规范（周转时间）					
	三级医院			二级医院		
	最低	适当	最佳	最低	适当	最佳
急诊检验前周转时间中位数						
生化	30	24	15	30	15	10
自动化免疫	30	25	15	30	15	10
三大常规	30	20	11	25	15	10
凝血	30	20	15	30	15	10
常规（住院）检验前周转时间中位数						
生化	90	60	40	60	50	30
自动化免疫	90	60	40	60	55	30
三大常规	75	53	30	60	30	20
凝血	80	60	30	60	40	30
急诊实验室内周转时间中位数						
生化	60	47	30	60	45	30
自动化免疫	80	60	35	62	60	30
三大常规	30	20	15	30	20	12
凝血	46	31	28	40	30	25
常规（住院）实验室内周转时间中位数						
生化	169	120	81	180	120	70
自动化免疫	240	153	110	210	120	90
三大常规	68	42	29	60	30	30
凝血	120	60	46	100	60	39