

重庆市干化学

2017 年第 3 次室间质评小结

2017 年度干化学项目第三次室间质评共有 28 家实验室报名参加，所有实验室均按时回报了结果。

1、本次干化学室间质量评价分组与往次室间质量评价分组一样，全部分为一个组，即干化学组。

2、钙、尿素、尿酸、肌酐、钾、钠、氯、血糖、淀粉酶、乳酸脱氢酶、天门冬氨酸氨基转移酶、肌酸激酶、磷、总蛋白共 14 个项目参与室间质量评价的实验室采用稳健统计均值作为指定值。

3、白蛋白、丙氨酸氨基转移酶、总胆红素、碱性磷酸酶、 γ -谷氨酰基转移酶、结合胆红素、镁、胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇共 10 个项目参加实验室采用去除本组数据剔除离群值后的平均值作为指定值。

4、本次干化学室间质量评价共有 25 家实验室成绩合格，合格率为 92.59%，2 家实验室成绩不合格，不合格率为 7.41%。优秀实验室（成绩为 100 分）有 20 家，占比为 74.07%。

5、本次室间质评中有一家实验室使用方法非干化学法，但参加了本专业的室间质评，请各单位申报下年度室间质评计划时候注意。

6、综上所述，本次干化学室间质量评价成绩较为理想，优秀实验室所占比例较高。但不合格率还有降低空间，需要进一步通过室间质评评价来实现。

重庆市临床检验中心

2017 年 10 月