

重庆市脂类检测

2017 年第 2 次室间质评小结

2017 年度脂类室间质评共有 68 家实验室报名参加脂类室间质评活动，第二次室间质评有 65 家实验室回报了结果。

1、脂类室间质评按照检测方法进行分组和统计，请各实验室按照检测方法、仪器、试剂及校准品编码表认真、正确填写编码，且编码不能不填。

2、脂蛋白（a）的单位分为 mg/L 和 nmol/L，**请上报时候尤其注意本实验室所用单位。**

3、各项目通过情况见附表。

重庆市临床检验中心

2017 年 10 月

附表：脂类检测 2017 年第 2 次室间质评通过情况

项目名称	<80%实验室数	>=80%实验室数	实验室总数
胆固醇	7	58	67
甘油三酯	4	60	66
高密度脂蛋白胆固醇	5	59	66
低密度脂蛋白胆固醇	3	58	64
载脂蛋白 A1	2	56	58
载脂蛋白 B	4	54	58
脂蛋白（a）	5	35	41
脂蛋白（a）		3	4