





## 2017年重庆市第一次抗酸染色室间质评活动小结

### 一、 结果统计

2017年重庆市第一次抗酸染色室间质评活动共58家实验室参加，58家实验室按时回报了结果。本次共5个标本，每个标本20分，分值100分。

**表 1. 2017年重庆市第一次抗酸染色结果统计**

样本编号	正确结果	回报实验室分布	正确百分率 (%)
201721	未发现抗酸杆菌	未发现抗酸杆菌      58	100
201722	未发现抗酸杆菌		96.6
201723	未发现抗酸杆菌		96.6
201724	++++		100
201725	+++		98.3

### 二、 染色结果分析

201721号标本为阴性标本，报告未发现抗酸杆菌，全部实验室上报正确。

201722号标本为阴性标本，报告未发现抗酸杆菌，96.6%实验室上报正确。

201723号标本为阴性标本，报告未发现抗酸杆菌，96.6%实验室上报正确。

201724号标本为阳性标本，报告4+，本次报告阳性即给分，全部实验室上报正确。

201725号标本为阳性标本，报告3+，本次报告阳性即给分，98.3%实验室上报正确。

**三、 总结** 请实验室做好编号工作，避免错号；做好抗酸染色室内质控。

重庆市临床检验中心

2017年10月